

Số: /KL-TTra

Khánh Hòa, ngày tháng 5 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ

Ngày 19/3/2024, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTra thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ,

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BC-ĐTTra ngày 02/5/2024 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra sở kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện đang có 18 đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ cố định và thiết bị bức xạ trong công nghiệp (gồm 29 nguồn phóng xạ kín, 02 đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; 56 thiết bị phát tia X sử dụng trong soi chiếu hành lý, kiểm soát an ninh, kiểm soát dây chuyền sản xuất...; trong y tế: 01 đơn vị sử dụng 01 thiết bị gia tốc trong xạ trị, sử dụng nguồn phóng xạ (hở) Tc-99m trong kỹ thuật y học hạt nhân, 60 đơn vị sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán với khoảng 165 thiết bị các loại (CT scanner, DSA, thường quy, di động, nha, loãng xương, nhũ ảnh).

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 05/05 đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Tình hình sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ

05 đơn vị được thanh tra đang quản lý và sử dụng 24 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, trong đó: đang sử dụng 20 thiết bị (03 thiết bị X-quang CT-Scanner, 02 thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình C-Arm; 03 thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình DSA, 07 thiết bị X-quang thường quy, 02 thiết bị X-quang răng, 03 thiết bị X-quang di động); đang lắp đặt mới chưa sử dụng 01 thiết bị X-quang thường quy và lưu kho không sử dụng 03 thiết bị.

2. Việc chấp hành các quy định về an toàn bức xạ

- Việc chấp hành các quy định về khai báo và giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 04/05 đơn vị thực hiện tốt việc khai báo thiết bị bức xạ, sử dụng các thiết bị được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; 01/05 đơn vị sử dụng 02 thiết bị X-quang răng chưa thực hiện khai báo, chưa có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Hộ kinh doanh Phòng khám Hùng Đức).

- Việc kiểm tra chất lượng thiết bị bức xạ X-quang trong chẩn đoán y tế: 05/05 đơn vị thực hiện kiểm định chất lượng thiết bị X-quang đang sử dụng định kỳ đúng quy định.

- Việc kiểm xạ khu vực làm việc: 05/05 đơn vị thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc định kỳ hàng năm.

- Việc bố trí người phụ trách an toàn bức xạ: 05/05 đơn vị ban hành Quyết định phân công người phụ trách an toàn bức xạ, quy định trách nhiệm, quyền hạn theo Luật Năng lượng nguyên tử. Thời điểm bổ nhiệm, người phụ trách an toàn bức xạ đã có chứng chỉ nhân viên bức xạ. Tuy nhiên do chưa nắm rõ quy định, 02 đơn vị có người phụ trách an toàn bức xạ sử dụng chứng chỉ nhân viên bức xạ đã hết hạn, chưa kịp thời thực hiện đề nghị cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (quy định Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ không có thời hạn).

- Việc tổ chức đào tạo nhân viên bức xạ: 05/05 đơn vị quan tâm đến công tác đào tạo kiến thức về an toàn bức xạ. Nhân viên bức xạ tại các đơn vị được đào tạo, đào tạo nhắc lại về an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014.

- Việc trang bị, sử dụng và theo dõi đọc kết quả định liều kế cá nhân: Nhân viên bức xạ của các đơn vị được trang bị và theo dõi đọc liều kế cá nhân. Kết quả đọc liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ trong giới hạn cho phép, không có trường hợp có kết quả đọc liều kế cá nhân cao bất thường. Tuy nhiên, thời điểm thanh tra có 03/05 đơn vị được thanh tra có giai đoạn chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (gồm: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang; Hộ kinh doanh phòng chụp X.Quang, 12B Lê Chân, Nha Trang; Hộ kinh doanh Phòng khám Hùng Đức); 01/05 đơn vị lập Sổ theo dõi liều kế cá nhân, chưa đầy đủ cho các nhân viên bức xạ và chưa đúng mẫu quy định tại Phụ lục 3 Mẫu sổ theo dõi liều chiếu xạ cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ: 05/05 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% nhân viên bức xạ.

- Về công tác xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ (UPSC): 05/05 đơn vị đã xây dựng Kế hoạch UPSC đơn vị, cập nhật thông tin trong Kế hoạch UPSC.

- Việc báo cáo công tác an toàn bức xạ hàng năm: 05/05 đơn vị có báo cáo gửi cho cơ quan có thẩm quyền (Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa).

- Việc lập, ghi chép sổ nhật ký vận hành thiết bị, sổ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị: 05/05 đơn vị đã có ý thức thực hiện lập sổ vận hành thiết bị, sổ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và có ghi chép. 01 đơn vị ghi chép nhật ký vận hành thiết bị bức xạ chưa thể hiện chính xác tên người vận hành thiết bị (Công ty TNHH Y tế An Sinh).

- Kiểm tra thực tế nơi lưu giữ, sử dụng thiết bị: Các đơn vị đã thiết lập khu vực kiểm soát liều chiếu xạ, thực hiện các chỉ dẫn an toàn, biển cảnh báo bức xạ, đèn cảnh báo an toàn bức xạ, nội quy an toàn bức xạ, quy trình làm việc, trang bị thiết bị bảo hộ, kết quả kiểm tra suất liều bức xạ khu vực làm việc, khu vực công chúng trong giới hạn cho phép... 01 đơn vị có đèn cảnh báo trước cửa phòng X-quang không hoạt động, đang sửa chữa (Công ty TNHH Y tế An Sinh).

III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

- Tại 05 đơn vị được thanh tra đang sử dụng, quản lý 24 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, trong đó: đang sử dụng 20 thiết bị (03 thiết bị X-quang CT-Scanner, 02 thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình C-Arm; 04 thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình DSA, 07 thiết bị X-quang thường quy, 02 thiết bị X-quang răng, 03 thiết bị X-quang di động); đang lắp đặt mới, chưa sử dụng 01 thiết bị X-quang thường quy và lưu kho không sử dụng 03 thiết bị.

- Thời điểm thanh tra, các đơn vị được thanh tra đã có ý thức, cố gắng chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân; 04 đơn vị còn có tồn tại, thiếu sót đã có báo cáo khắc phục sau khi được Đoàn thanh tra chỉ ra, như sau:

+ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho tất cả nhân viên theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

+ HKD phòng chụp X.Quang có giai đoạn chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế; Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người Phụ trách An toàn bức xạ hết hiệu lực.

+ Công ty TNHH Y tế An Sinh lập Sổ theo dõi liều kế cá nhân chưa đầy đủ cho các nhân viên bức xạ và sổ chưa đúng mẫu quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ghi chép nhật ký vận hành thiết bị bức xạ chưa thể hiện chính xác tên người vận hành thiết bị; Đèn báo tình trạng hoạt động trước cửa phòng đặt thiết bị X-quang không hoạt động.

+ Hộ kinh doanh Phòng khám Hùng Đức chưa thực hiện khai báo việc có 02 thiết bị X-quang răng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định số 142/2020 ngày 12/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Chưa thực hiện khai báo bổ sung thông tin về tình trạng thiết bị bức xạ cho Sở KH&CN; Thực hiện công việc bức xạ khi chưa được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 02 thiết bị X-quang răng); Có giai đoạn chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

- Căn cứ mức độ vi phạm, Đoàn thanh tra kiến nghị đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân (Hộ kinh doanh Phòng khám Hùng Đức) đã có hành vi không khai báo thiết bị bức xạ và sử dụng thiết bị X-quang y tế mà không có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Kết quả: Chánh thanh tra sở đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền: 5.250.000 đồng, đơn vị bị xử phạt đã chấp hành Quyết định xử phạt.

- Đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị có thiếu sót kịp thời khắc phục và báo cáo việc khắc phục cho Đoàn thanh tra. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã có báo cáo khắc phục các thiếu sót, xác định phương án giải quyết tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân, thực hiện theo yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử: Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

V. YÊU CẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ những kết quả nêu trên, xét Báo cáo của Trưởng Đoàn thanh tra, kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo:

1. Mặc dù còn có thiết thiếu sót, tuy nhiên các đơn vị đã có ý thức nghiên cứu, cố gắng tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, đã kịp thời khắc phục các tồn tại thiếu sót. Yêu cầu các đơn vị. tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ nghiêm khắc rút kinh nghiệm, nghiêm túc đầu tư nghiên cứu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn bức xạ.

2. Chỉ đạo Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý; hàng năm phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo mới và đào tạo nhắc lại kiến thức cơ bản an toàn bức xạ cho người tiến hành công việc bức xạ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về năng lượng nguyên

tử đến các đơn vị quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm hành chính các đơn vị không nghiêm chỉnh yêu cầu trên trong các cuộc thanh tra tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Giám đốc sở (báo cáo, VBĐT);
- P. QLChN;
- Thanh tra sở;
- Trang thông tin Sở (công khai);
- Lưu: VT, HSTTra.

CHÁNH THANH TRA

Huỳnh Đức Hiền

Phụ lục

KẾT QUẢ TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TẠI 05 ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

(Kèm theo Kết luận thanh tra số /KL-TTRa ngày /5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ)

STT	Tổ chức, cá nhân được thanh tra	Tình hình quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ	Nhận xét, của Đoàn thanh tra	Yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra	Kết quả khắc phục yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra
1	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, địa chỉ: đường Trần Phú, TDP 1 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	Đang quản lý, sử dụng 12 thiết bị X-quang, trong đó: đang sử dụng 10 thiết bị X-quang đã được Sở KH&CN cấp phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực (02 X-quang thông thường, 02 X-quang răng, 02 X-quang di động, 01 CT-scaner, 01 máy C-ARM, 01 máy DSA, 01 máy đo loãng xương), 01 thiết bị X-quang chụp nhũ ảnh GE được cấp phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực nhưng ngưng sử dụng; 01 thiết bị X-quang răng cầm tay hư hỏng.	Bệnh viện chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đảm bảo an toàn bức xạ. Tuy nhiên còn một số hạn chế, lưu ý sau: Chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho tất cả nhân viên theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.	1. Tổ chức hướng dẫn, quán triệt và giám sát nhân viên thực hiện đúng quy định đeo kiềng kế, tổ chức đánh giá kết quả liều kế cá nhân đảm bảo định kỳ 03 tháng/lần, thông báo kết quả đánh giá liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ, cập nhật kết quả đánh giá vào Sổ theo dõi liều kế cá nhân. Khi có dấu hiệu bất thường đối với kết quả đánh giá liều kế, Bệnh viện phải thực hiện xem xét lại quy trình làm việc, các biện pháp bảo vệ bức xạ và có biện pháp khắc phục. 2. Thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện các quy định, nội quy an toàn bức xạ, quy trình làm việc theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.	Đơn vị đã có báo cáo khắc phục
2	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, TDP 16, Ninh Hiệp, Ninh	Đang quản lý, sử dụng 06 thiết bị X-quang, trong đó 04 thiết bị đã được Sở KH&CN cấp phép còn hiệu lực mục đích chụp chẩn đoán y tế (có 02 thiết bị	Chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đảm bảo an toàn bức xạ.	Kiến nghị lưu ý theo dõi, quản lý thiết bị X-quang không sử dụng, lưu kho, trường hợp thanh lý, chuyển nhượng phải có báo cáo cho Sở KH&CN, thực hiện thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho thiết bị mới và thiết bị sau sửa chữa (nếu tiếp tục	Không yêu cầu khắc phục

STT	Tổ chức, cá nhân được thanh tra	Tình hình quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ	Nhận xét, của Đoàn thanh tra	Yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra	Kết quả khắc phục yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra
	Hòa, Khánh Hòa	dùng sử dụng); 01 thiết bị hư hỏng không sử dụng đã lưu kho và 01 thiết bị mới đang lắp đặt.		đưa vào sử dụng).	
3	HKD phòng chụp X.Quang, 12B Lê Chân, Nha Trang, Khánh Hòa	Đang quản lý, sử dụng 01 thiết bị X-quang đã được Sở KH&CN cấp phép còn hiệu lực mục đích chụp chẩn đoán y tế.	HKD chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đảm bảo an toàn bức xạ. Tuy nhiên còn một số hạn chế, lưu ý sau: Có giai đoạn chưa đảm bảo đánh giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế; Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người Phụ trách An toàn bức xạ hết hiệu lực;	- Tổ chức thực hiện đúng quy định đeo kiềng kế, tổ chức đánh giá kết quả liều kế cá nhân đảm bảo định kỳ 03 tháng/lần. Khi có dấu hiệu bất thường đối với kết quả đánh giá liều kế, HKD phải thực hiện xem xét lại quy trình làm việc, các biện pháp bảo vệ bức xạ và có biện pháp khắc phục. - Thực hiện đề nghị cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người Phụ trách an toàn bức xạ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.	Đơn vị đã có báo cáo khắc phục
4	Công ty TNHH Y tế An Sinh, 02B Trần Văn Ôn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa	Đang quản lý, sử dụng 02 thiết bị X-quang: 01 thiết bị X-quang thông thường và 01 thiết bị CT-Scanner đã được Sở KH&CN cấp phép còn hiệu lực mục đích chụp chẩn đoán y tế.	Công ty An Sinh mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 đã có cố gắng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đảm bảo an toàn bức xạ. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động do đó còn thiếu sót có thể khắc phục, cụ thể như sau: Lập Sổ theo dõi liều kế cá nhân chưa đầy đủ cho các nhân viên bức xạ và sổ chưa đúng mẫu quy định tại	- Trang bị và tổ chức thực hiện đúng quy định đeo kiềng kế, tổ chức đánh giá kết quả liều kế cá nhân đảm bảo định kỳ 03 tháng/lần cho các nhân viên làm việc trong khu vực bức xạ, khi có dấu hiệu bất thường đối với kết quả đánh giá liều kế, Công ty phải thực hiện xem xét lại quy trình làm việc, các biện pháp bảo vệ bức xạ và có biện pháp khắc phục. - Thực hiện lập sổ theo dõi liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ, cập nhật đầy đủ	Đơn vị đã có báo cáo khắc phục

STT	Tổ chức, cá nhân được thanh tra	Tình hình quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ	Nhận xét, của Đoàn thanh tra	Yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra	Kết quả khắc phục yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra
			Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ghi chép nhật ký vận hành thiết bị bức xạ chưa thể hiện chính xác tên người vận hành thiết bị; Đèn báo tình trạng hoạt động trước cửa phòng đặt thiết bị X-quang nhưng bị hỏng.	thông tin đánh giá kết quả theo dõi liều kế vào sổ theo dõi. - Thực hiện ghi chép nhật ký vận hành thiết bị bức xạ đảm bảo chính xác tên người vận hành thiết bị. - Sửa chữa đèn báo tình trạng hoạt động trước cửa phòng đặt thiết bị X-quang, cảnh báo cho bệnh nhân, người không có nhiệm vụ liên quan đến công việc bức xạ.	
5	Hộ kinh doanh Phòng khám Hùng Đức, 53 Yersin, Phường Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa	Đang sử dụng, quản lý 03 thiết bị X-quang mục đích chẩn đoán trong y tế: 01 thiết bị X-quang thông thường, 01 X-quang răng chụp CT; 01 X-quang chụp chóp răng.	Trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đảm bảo an toàn bức xạ, HKD Phòng khám Hùng Đức có thiếu sót như sau: - Chưa thực hiện khai báo việc có 02 thiết bị X-quang răng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định số 142/2020 ngày 12/9/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Chưa thực hiện khai báo bổ sung thông tin về tình trạng thiết bị bức xạ cho Sở KH&CN. - Thực hiện công việc bức xạ khi chưa được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 02 thiết bị X-quang răng) - Có giai đoạn chưa đảm bảo đánh	Căn cứ mức độ vi phạm, kiến nghị xử phạt vi phạm chính hành vi không khai báo thiết bị bức xạ và lỗi sử dụng thiết bị X-quang y tế mà không có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Chuyển hồ sơ đề nghị Chánh Thanh tra sở lập biên bản vi phạm hành chính các hành vi trên. Chánh thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt số tiền 5.250.000 đồng Yêu cầu HKD Phòng khám Hùng Đức thực hiện các nội dung sau: - Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với 02 thiết bị X-quang răng. Không được sử dụng thiết bị bức xạ chưa được cấp phép, thiết bị chỉ được sử dụng khi có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ; - Thực hiện thủ tục khai báo thiết bị bức xạ mới; - Báo cáo bằng văn bản thiết bị bức xạ đã chuyển nhượng, thanh lý cho Sở KH&CN	Đơn vị đã có báo cáo khắc phục

STT	Tổ chức, cá nhân được thanh tra	Tình hình quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ	Nhận xét, của Đoàn thanh tra	Yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra	Kết quả khắc phục yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra
			giá định kỳ liều kế cá nhân 3 tháng/lần cho nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày	tỉnh Khánh Hòa; - Đảm bảo mỗi phòng chỉ được lắp đặt một thiết bị bức xạ, trừ đối với thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế cho phép bố trí 02 thiết bị trong một phòng nhưng phải bảo đảm chỉ một thiết bị được vận hành tại một thời điểm, đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 <i>Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT</i>; - Tổ chức thực hiện đúng quy định đeo kiềng kế, tổ chức đánh giá kết quả liều kế cá nhân đảm bảo định kỳ 03 tháng/lần. Khi có dấu hiệu bất thường đối với kết quả đánh giá liều kế, HKD Phòng khám Hùng Đức phải thực hiện xem xét lại quy trình làm việc, các biện pháp bảo vệ bức xạ và có biện pháp khắc phục. - Thực hiện đề nghị cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người Phụ trách an toàn bức xạ theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.	