

Số: 21 /TB-TTra

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
(Trích Kết luận thanh tra số 836/KL-SKHCN ngày 08/7/2020
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đoàn thanh tra đã có thông báo tạm hoãn và dời kế hoạch thanh tra tại đơn vị đến ngày 11/5/2020. Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 12/6/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại đơn vị. Trên cơ sở kiểm tra, xác minh các nội dung thanh tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kết luận thanh tra số 836/KL-SKHCN ngày 08/7/2020 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân.

Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra, Điều 28 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (được ủy quyền của Lãnh đạo Sở KH&CN) thông báo Kết luận thanh tra như sau:

1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra

Xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) đối với các đơn vị quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Cụ thể, tiến hành xem xét việc: Sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ, khai báo thiết bị bức xạ; Đánh giá an toàn khu vực làm việc; Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố; Trang bị liều kế cá nhân, theo dõi liều kế cá nhân; Bố trí người phụ trách ATBX; Chứng chỉ nhân viên bức xạ; Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ; Báo cáo thực trạng ATBX của đơn vị; Đào tạo nhân viên bức xạ; Lưu giữ các hồ sơ ATBX; Chỉ dẫn an toàn, cảnh báo bức xạ, nội quy an toàn bức xạ; ...

2. Kết luận về nội dung đã tiến hành thanh tra

a) Tình hình sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ

13 đơn vị được thanh tra đang sử dụng, quản lý: 04 nguồn phóng xạ (nhóm 4, 5), 02 thiết bị phát tia X dùng trong công nghiệp và 18 thiết bị X-quang dùng trong y tế (10 thiết bị X-quang cố định chẩn đoán thông thường, 01 thiết bị X-quang di động, 03 thiết bị X-quang răng, 02 thiết bị CT-Scanner, 01 thiết bị chụp nhũ ảnh và 01 thiết bị C-Arm).

b) Việc chấp hành các quy định an toàn bức xạ hạt nhân

Các đơn vị đã có ý thức thực hiện tốt và nắm bắt được các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân, trong đó: Công ty Cổ phần NGK Yên Sào Khánh Hòa và



Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa thực hiện tốt các quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra một số đơn vị có thiếu sót, cụ thể:

03 đơn vị chậm thực hiện kiểm định thiết bị và kiểm xạ khu vực làm việc khi đến hạn; 01 đơn vị sử dụng 02/04 nhân viên bức xạ chưa được đào tạo nghiệp vụ về ATBX (02 nhân viên mới đang trong quá trình học việc); 02 đơn vị sử dụng nhân viên bức xạ có chứng chỉ đào tạo kiến thức ATBX đã quá hạn đào tạo nhưng chưa được đào tạo lại (định kỳ 03 năm/lần), các đơn vị đã đăng ký đào tạo nhưng chưa thể tham gia vì dịch bệnh Covid-19; 01 đơn vị chưa xây dựng Hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân và gắn tại nơi làm việc của nhân viên bức xạ; 02 đơn vị chưa lập sổ theo dõi liều kế cá nhân và 02 đơn vị lập sổ chưa đúng mẫu quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ KH&CN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; 06 đơn vị có Kế hoạch UPSC chưa được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, 02 đơn vị chưa cập nhật thông tin vào Kế hoạch UPSC khi có sự thay đổi thông tin trong Kế hoạch UPSC; 01 đơn vị chưa lập sổ nhật ký vận hành thiết bị; 02 đơn vị chưa thiết lập hồ sơ kiểm đếm nguồn phóng xạ.

*** Nguyên nhân dẫn đến thiếu sót:**

- Các đơn vị thiếu sót trong việc kiểm định chất lượng thiết bị, kiểm xạ môi trường, đào tạo nhân viên bức xạ là do chu kỳ thực hiện các nội dung này rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 (từ cuối tháng 12/2019 đến đầu 5/2020). Các đơn vị đã liên hệ, nhưng đơn vị dịch vụ năng lượng nguyên tử không thực hiện được.

- Thiếu sót về Kế hoạch UPSC chưa được phê duyệt: Trước đây, các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch UPSC cơ sở, tuy nhiên do chưa có thủ tục hành chính nên Kế hoạch chưa được phê duyệt. Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở là thủ tục hành chính mới của Sở Khoa học và Công nghệ nhiều đơn vị chưa cập nhật.

- Thiếu sót lập sổ theo dõi liều kế cá nhân do nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa của việc lập sổ.

3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng

- Đoàn thanh tra đã yêu cầu các đơn vị có thiếu sót kịp thời khắc phục và báo cáo việc khắc phục. Đơn vị đã khắc phục và báo cáo cho Đoàn thanh tra.

- Hướng dẫn, tuyên truyền văn bản pháp luật trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử: Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Y tế quy định về bảo đảm ATBX trong y tế; Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 Quy định về kiểm soát và bảo đảm ATBX trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; Thông tư 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ...

4. Yêu cầu, biện pháp xử lý

- Xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, báo cáo khắc phục của cơ sở và xem xét nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, Giám đốc sở thống nhất đề xuất của Đoàn thanh tra, không xử lý vi phạm hành chính, tiến hành nhắc nhở, tạo điều kiện để các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục, đầu tư nghiên cứu để chấp hành tốt các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Thời gian khắc phục hoàn thành trước ngày

30/7/2020. Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xem xét xử lý hành chính các đơn vị không nghiêm chỉnh chấp hành.

- Yêu cầu Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về ATBX; thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp đào tạo mới và đào tạo nhắc lại kiến thức cơ bản ATBX cho người tiến hành công việc bức xạ, tiếp tục tuyên truyền Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đơn vị quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền phổ biến về thủ tục hành chính về phê duyệt Kế hoạch UPSC bức xạ cơ sở.

Nơi nhận:

- Đối tượng thanh tra (theo DS đính kèm);
- Website Sở KHCN (công bố KLTT);
- Lưu: VT, TTra.

CHÁNH THANH TRA



Huỳnh Đức Hiền



